



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОМАСТЕР" (ООО "ГЕОМАСТЕР")

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.310204 от 17.05.2018

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ГКФ/13-07-2026/540331906

Действительно до 12.07.2027

Средство измерений

Теодолиты: 2ТЗ0П: Рег. № 5305-85

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

16444

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

паспорт 2ТЗ0П-сб0 ПС, раздел 10, утвержденной ГЦИ СИ ФГУ «УРАЛТЕСТ»

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением
эталонов:

85466-22 Стенды универсальные коллиматорные ВЕГА УКС 1004 2022 Эталон 1-го

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

разряда Приказ Росстандарта от 26 ноября 2018 г. № 2482

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих
значениях влияющих
факторов:

температура: +23°C; атм. давление: 98,96 кПа; отн. влажность: 94%

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес
записи сведений о
результатах поверки в
ФИО ОЕИ:

<https://fqis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-540331906>

Номер записи сведений
о результатах
поверки в ФИО ОЕИ:

540331906

Поверитель

Кузнецов Александр Алексеевич

фамилия, инициалы

Знак поверки:

2 а 6
ГКФ

Генеральный директор

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

подпись

Корнильцева О.В.

фамилия, инициалы

Дата поверки

13.07.2026